

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-128-325/2023
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN
Y CENTROS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO PARA EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, CON DOMICILIO EN AVENIDA 11 ORIENTE, NÚMERO 2224, COLONIA AZCARATE, C.P. 72501, DE ESTA CIUDAD CAPITAL; REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE, FRANCISCO SÁNCHEZ BERMÚDEZ, DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 13, 15, 31 FRACCIÓN III Y 34 FRACCIÓN XXII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 5 FRACCIÓN II.3.1, 9, 13 FRACCIÓN III Y 22 FRACCIONES II, V Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN; ASISTIDO POR, LORENA RAMÍREZ MORALES, SUBDIRECTORA DE LICITACIONES Y CONCURSOS Y JARUMY VERA MUÑOZ, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONCURSOS CONFORME A LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS 88 Y 102 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL (EN LO SUCESIVO "LA LEY"), ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PUNTO 14 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN; EMITE EL FALLO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: -----

-----**ANTECEDENTES**-----

I.- EL 27 DE JULIO DE 2023, LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, PUBLICÓ LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO. -----

II.- EL 01 DE AGOSTO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 80 FRACCIÓN IV Y 81 FRACCIÓN II DE LA LEY, SE CELEBRÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA QUE SE PLANTEARON LAS PREGUNTAS QUE SURGIERON DERIVADAS DE LAS BASES, MISMAS QUE FUERON RESPONDIDAS POR LA CONTRATANTE. -----

III.- EL 04 DE AGOSTO DE 2023, EN ATENCIÓN A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 85 FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY, SE CELEBRÓ EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES: GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V. Y CENTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. -----

IV.- EL 11 DE AGOSTO DE 2023, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 85 FRACCIÓN V, 86 Y 87 DE LA LEY, LA CONTRATANTE REPRESENTADA POR JOSÉ MIGUEL ALBICKER AGUILERA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, REALIZÓ EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROPUESTAS TÉCNICAS DE DONDE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: --

-----**EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS**-----

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS LEGALES: -----

LOS LICITANTES GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V. Y CENTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS, S.A. DE C.V., FUERON CALIFICADOS COMO ACEPTADOS AL CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 3 DE LAS BASES. -----

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS: -----

EL LICITANTE CENTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS, S.A. DE C.V., FUE DESCALIFICADO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4 DE LAS BASES, Y EL



LICITANTE **GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.** FUE CALIFICADO COMO ACEPTADO DEBIDO A QUE CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4 DE LAS MISMAS. RESULTADO QUE CONSTA EN EL ACTA DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE FECHA **11 DE AGOSTO DE 2023** QUE FUE LEÍDA Y FIRMADA EN JUNTA PÚBLICA POR LOS ASISTENTES. -----

V.- EL 11 DE AGOSTO DE 2023, SE PROCEDIÓ A CELEBRAR EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, EN EL QUE SE ABRÍÓ EL SOBRE QUE CONTENÍA LA PROPUESTA ECONÓMICA Y GARANTÍA DE SERIEDAD DEL LICITANTE **GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.**, QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES Y TÉCNICOS SOLICITADOS. -----

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS: -----

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY, LA CONVOCANTE EVALUÓ LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE **GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.**, Y EMITIÓ EL **DICTAMEN ECONÓMICO** DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEL CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: -

A) RESULTADO DEL DICTAMEN ECONÓMICO, SE OBSERVA QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA REBASA EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LAS PARTIDAS **3, 5, 6, 12, 23, 26, 28, 31 Y 35**, SIN EMBARGO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO **16.1** DE LAS BASES, EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN ES A FAVOR DE AQUEL LICITANTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y OFERTE EL **PRECIO MÁS BAJO POR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS, POR LO QUE SE CONTINÚA CON EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.** -----

B) EL LICITANTE GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., FUE CALIFICADO COMO ACEPTADO DEBIDO A QUE CUMPLIÓ CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 5 DE LAS BASES, CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD NECESARIAS Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. ----- A CONTINUACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIÓN I, 16, 47 FRACCIÓN IV INCISO B), 86 FRACCIÓN III Y 87 DE LA LEY, LA CONVOCANTE PROCEDE A DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO, DETERMINANDO LO SIGUIENTE: -----

FALLO-----

PRIMERO. QUE, TAL COMO LO DISPONEN LOS **ARTÍCULOS 87 FRACCIÓN IV, Y 88** DE LA LEY; ASÍ COMO EL **ARTÍCULO 22 FRACCIÓN V** DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, HA VERIFICADO QUE SE CUMPLAN EN TODO MOMENTO, DURANTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ. EN ESTE SENTIDO, DEL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTADA Y DADO QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN DEL LOS BIENES MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO, LA CONVOCANTE ADJUDICA EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS Y VALIDADOS POR LA CONTRATANTE, AL LICITANTE **GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.**, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: -----

Nombre del Licitante: Grupo Arencibia S.A. de C.V.				
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	55	Paquete	\$ 34,727.00	\$ 1,909,985.00
2	55	Equipo	\$ 53,470.00	\$ 2,940,850.00
3	55	Pieza	\$ 42,200.00	\$ 2,321,000.00
4	55	Pieza	\$ 5,240.00	\$ 288,200.00
5	2	Pieza	\$ 20,400.00	\$ 40,800.00
6	2	Pieza	\$ 18,900.00	\$ 37,800.00
7	2	Pieza	\$ 220.00	\$ 440.00
8	4	Pieza	\$ 170.00	\$ 680.00
9	4	Pieza	\$ 380.00	\$ 1,520.00
10	2	Pieza	\$ 10,200.00	\$ 20,400.00
11	2	Pieza	\$ 2,670.00	\$ 5,340.00
12	4	Pieza	\$ 700.00	\$ 2,800.00



13	2	Pieza	\$ 2,840.00	\$ 5,680.00
14	2	Pieza	\$ 9,700.00	\$ 19,400.00
15	4	Pieza	\$ 1,070.00	\$ 4,280.00
16	4	Pieza	\$ 1,240.00	\$ 4,960.00
17	4	Pieza	\$ 970.00	\$ 3,880.00
18	4	Pieza	\$ 1,490.00	\$ 5,960.00
19	4	Pieza	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00
20	2	Pieza	\$ 7,200.00	\$ 14,400.00
21	2	Pieza	\$ 2,490.00	\$ 4,980.00
22	3	Pieza	\$ 11,700.00	\$ 35,100.00
23	3	Pieza	\$ 4,999.00	\$ 14,997.00
24	2	Pieza	\$ 10,480.00	\$ 20,960.00
25	2	Pieza	\$ 11,000.00	\$ 22,000.00
26	3	Pieza	\$ 1,700.00	\$ 5,100.00
27	3	Pieza	\$ 39,710.00	\$ 119,130.00
28	2	Pieza	\$ 60,200.00	\$ 120,400.00
29	4	Pieza	\$ 42,400.00	\$ 169,600.00
30	4	Pieza	\$ 290.00	\$ 1,160.00
31	4	Pieza	\$ 5,690.00	\$ 22,760.00
32	4	Pieza	\$ 799.00	\$ 3,196.00
33	4	Pieza	\$ 610.00	\$ 2,440.00
34	4	Pieza	\$ 3,970.00	\$ 15,880.00
35	4	Pieza	\$ 50,999.00	\$ 203,996.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 84/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 8,397,274.00
			TASA 16% I.V.A.	\$ 1,343,563.84
			TOTAL	\$ 9,740,837.84

SE REALIZARÁ UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA LEY, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS Y VALIDADOS POR LA CONTRATANTE, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$9,740,837.84 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL ANEXO B PROPUESTA TÉCNICA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA EN COPIA SIMPLE Y LAS CARTAS BAJO PROTESTA DEL LICITANTE ADJUDICADO, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

SEGUNDO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 103, 104 Y 107 DE LA LEY, EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO EL FALLO AL LICITANTE ADJUDICADO Y A EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO INDISPENSABLE QUE AL FORMALIZAR EL CONTRATO LAS PARTES SE AJUSTEN Estrictamente A LOS TÉRMINOS EN QUE SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN.

TERCERO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY, REITÉRESE AL LICITANTE ADJUDICADO GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE Y DEBERÁ CUMPLIR AL HABER RESULTADO ADJUDICADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y CENTROS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

A) TIEMPO DE ENTREGA: SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. PARA EFECTOS DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE EN CASO DE QUE AL TÉRMINO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO SEA EN DÍA INHÁBIL O FESTIVO LA ENTREGA SE EFECTUARÁ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.

B) LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN EL ALMACÉN DEL DIF ESTATAL, UBICADO EN AQUILES SERDÁN NO. 416 COL. SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, PUEBLA, PUEBLA, DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 5:00 PM, CON EL C. LUIS REYES ARENAS ÁVILA, JEFE DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN. TEL. 22 21 93 05 49, PREVIA CITA.

C) PERIODO DE GARANTÍA: MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN DE LA CONTRATANTE.

CUARTO. PARA EFECTOS DEL CONTRATO EL LICITANTE ADJUDICADO GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE

C.V., DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: -----
FIRMAR Y RECIBIR EL CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, EN LAS INSTALACIONES DE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA; SÓLO SE PROCEDERÁ A FORMALIZAR CON EL LICITANTE ADJUDICADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ACREDITADO, DEBIENDO PRESENTAR PREVIAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y 2 COPIAS SIMPLES: -----

A) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL CON UNA ANTIGÜEDAD DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES. -----

B) ACTA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA JURÍDICA, PARA EL CASO DE QUE LA EMPRESA HAYA TENIDO MODIFICACIONES A SU ACTA CONSTITUTIVA, DEBERÁ PRESENTAR LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. -----

C) PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA. -----

D) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL -----

E) COMPROBANTE DE DOMICILIO CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES. EN CASO DE QUE EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO SE ENCUENTRE A NOMBRE DEL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O COMODATO, JUNTO CON COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LAS IDENTIFICACIONES DE LOS SUSCRIBIENTES DEL CONTRATO, CON FACULTADES LEGALES CORRESPONDIENTES. -----

F) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, VIGENTE. -----

G) CONSTANCIA DE NO INHABILITADO DE PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS, VIGENTE, CON CÓDIGO QR VERIFICABLE. -----

H) CONSTANCIA DE NO ADEUDO RELATIVA AL CUMPLIMIENTO FORMAL DE OBLIGACIONES Y LA INEXISTENCIA DE CRÉDITOS FISCALES EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, VIGENTE Y CON CÓDIGO QR VERIFICABLE. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30 EN EL APARTADO C DE OTROS SERVICIOS, FRACCIÓN II DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y EL ARTÍCULO 24 E DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE PUEBLA. -----

I) DOCUMENTO VIGENTE EN EL QUE CONSTE, LA OPINIÓN POSITIVA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REGLA 2.1.37 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBERÁ CONTENER CÓDIGO QR LEGIBLE QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE ACUERDO AL FORMATO OFICIAL EMITIDO POR EL SISTEMA CORRESPONDIENTE. -----

TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL, TAMBIÉN DEBERÁN SER PRESENTADOS EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB. -----

EN SU CASO, AQUELLOS DOCUMENTOS QUE, CON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, SE HUBIEREN COMPROMETIDO A ENTREGAR. -----

QUINTO. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LA FACTURACIÓN Y EL PAGO DEBERÁ SOMETERSE A LO SIGUIENTE: -----

A) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126 FRACCIÓN III Y 129 DE LA LEY, EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN, POR VICIOS OCULTOS, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA, O FIANZA O HIPOTECA OTORGADA A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (SIN ABREVIATURAS), POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. NO OBSTANTE PARA EL CASO DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA, SE DEBERÁ INCLUIR UNA LEYENDA EN EL CUERPO DE DICHO INSTRUMENTO, EN LA QUE SE ACLARE QUE ESA PÓLIZA SE EXPIDE A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE



PLANEACIÓN Y FINANZAS. -----

B) LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DEBERÁN SER EXPEDIDAS CON LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA
R.F.C.:	SDI-770218-CAA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 DE MAYO NO. 1606, COL. CENTRO, PUEBLA, PUE. C.P. 72000

C) LAS FACTURAS DEBERÁN CUBRIR LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. -----

D) EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, MISMA QUE DEBERÁ VENIR DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ COMO DE LOS BIENES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE. -----

E) SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL LICITANTE QUE EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO APLICA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DERECHOS EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE SU FACTURA ANTES DE IVA. -----

SEXTO. COMUNÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY, PÓNGASE A DISPOSICIÓN PÚBLICA, ASIMISMO NOTIFÍQUESE EL PRESENTE FALLO A LA CONTRATANTE MEDIANTE OFICIO, LO ANTERIOR PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y EFECTOS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES. -----


SÉPTIMO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CONTRATANTE DEBERÁ REMITIR EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN, COPIA DEL CONTRATO Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN A ESTE, ASÍ COMO DE LA FIANZA O GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE SE OTORQUE; LO ANTERIOR PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE. -----


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR EN LA PRESENTE ACTA, SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 17:30 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL RUBRICANDO AL MARGEN Y FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

POR LA CONVOCANTE


FRANCISCO SÁNCHEZ
BERMÚDEZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DE BIENES Y SERVICIOS


LORENA RAMÍREZ MORALES
SUBDIRECTORA DE
LICITACIONES Y CONCURSOS


JARUMY VERA MUÑOZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS

----- FIN DE TEXTO -----

			el usuario. 42 protocolos de electroterapia totalmente modificables. 25 protocolos de ultrasonido totalmente modificables. 2 protocolos de terapia combinada totalmente modificables. Interruptor de paro de emergencia para el paciente. Accesorios estándar. Cabezal de ultrasonido de 5cm2 multifrecuencial. Bote de gel de 250 ml interruptor de paro de emergencia. Cable de línea grado médico. Manual de usuario. 4 electrodos pregelados de 5 x 10 cm. 4 electrodos pregelados de 5 x 5 cm. 2 electrodos de caucho de 6 x 9 cm. 2 electrodos de caucho de 7 x 11 cm. 2 esponjas cubre electrodo de caucho de 7 x 10 cm. 2 esponjas cubre electrodo de caucho de 8 x 12 cm. 2 juegos de cables para electroterapia. 1 cable para terapia combinada. 2 bandas de sujeción de 7.5 x 120 cm. 2 bandas de sujeción de 7.5 x 60 cm. Descripción aceptada conforme a la junta de aclaraciones.			
2	55	Equipo	Equipo Láser terapéutico para rehabilitación. Equipo electro medico fijo a carro rodable. La terapia láser de bajo nivel es un método terapéutico no invasivo basado en la aplicación de la luz coherente, polarizada, monocromática en forma de haz de láser. El haz de láser se absorbe en los tejidos y su energía se transmite a las células de los tejidos para ayudar a restaurar su función normal. El efecto es sobre todo bio- estimulante, de regeneración, anti-inflamatorio y analgésico, basado en las reacciones fotoquímicas inducidas. El láser de bajo nivel es útil en la terapia de trastornos dolorosos del sistema músculo-esquelético, en la terapia de la piel, de las mucosas y de las afecciones inflamatorias de los tejidos blandos y en la aceleración de la curación de las heridas (quemaduras, cicatrices) y de las lesiones de los tejidos blandos. Equipo de rayo láser con base metálica y chasis de plástico de alto impacto que evita descargas según normas bf.3.- panel de control digital y por botones de membrana con información de la terapia aplicada, con despliegue digital lumínico que muestren dosis por aplicar, cálculo automático de la dosis, dosis de tratamiento por aplicación, dosis de tratamiento total, - frecuencia de 0-10000 hz, controlado por avanzado microprocesador, botones de toque de membrana y pantalla LCD a color, selector de encendido y apagado. Re calculación automática de los parámetros de la terapia, tiempo de tratamiento de 0 a 100 minutos. Pulsos continuos de 0-10000 hz , pulsos cortos de 0-10000 hz. Potencia máxima de 100mw/830 nm, laser de onda continua y pulsada clase iii de 0 a 10000 hz, laser de onda pulsada de 0 a 10000 hz, señalización para la emisión en pantalla, código de acceso numérico, luz indicadora verde en la sonda, la iluminación adicional de la sonda/sonda tipo "ducha", sonido, visualización en la pantalla del tiempo de la terapia en curso con diferentes sonidos para emisiones continuas y pulsadas. Descripción aceptada conforme a la junta de aclaraciones.	Marca: BTL Fabricado por: BTL INDUSTRIES LIMITED. Denominación Distintiva: BTL-4000 Laser Therapy Equipment	BTL-4110 SMART	País de procedencia: Reino Unido País de Ubicación: México

OFICINAS CENTRALES
15 Poniente 1311A. Colonia
Santiago. Puebla, Puebla.
C.P. 72410
Tel. (222) 235 27 13
(222) 234 37 42

BUCURSAL MEDICOM 15
15 Poniente 1311A. Colonia
Santiago. Puebla, Puebla.
C.P. 72410 (planta baja)
Tel. (222) 225 27 49

SUGURSAL MEDICOM 15
13 Sur N° 1508 Local 1
Colonia Santiago Puebla,
Puebla. C.P. 72410
Tel. (222) 237 10 04

3	55	PIEZA	Tina de remolino horizontal. Características: equipo para dar tratamiento de hidroterapia para brazos, cadera, piernas y espalda. Tina de acero inoxidable tipo 304, sin dobleces, con soldadura de arco de punto continuo, a prueba de fugas y sin costuras en las uniones., cuatro ruedas multidireccionales con freno. De 120 cm (largo) x 58 cm (ancho) x 70 cm (profundidad) +/- 10%, termómetro integrado, turbina con motor de 1/2 hp como mínimo, con interruptor de seguridad en caso de fallas de corriente eléctrica, con sistema para controlar el volumen y la presión del agua, circulación de 50 galones por minuto /min o mayor, desagüe de la tina por gravedad, controlada por llave de paso, peso aproximado de 60 kg. Control de encendido con luz. Cable para la turbina de 3 líneas, calibre 14, clavija de 120 volts con tierra, manguera con forro de acero inoxidable. Descripción aceptada conforme a la junta de aclaraciones.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	TCC	País de procedencia: México País de Ubicación: México
4	55	PIEZA	Silla con asiento ajustable. Características: Silla alta con asiento ajustable con ruedas giratorias, de acero cromado, asiento acojinado. Ajuste de altura de 80 a 120 cm + 10%, respaldo y asiento con tapicería en vinil o producto similar plastificado. Alto de escalón 25 cm + 10% cubierto con material antiderrapante, con cinturón de seguridad y descansabrazos, medidas del asiento de 41 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundidad con 50 centímetros de respaldo (Tolerancia de 10 centímetros más o menos), medidas de la base indistinto. Clave del sector salud: 564.002.1118. Descripción aceptada conforme a la junta de aclaraciones.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	SHM	País de procedencia: México País de Ubicación: México
5	2	PIEZA	Compresas frías, Unidad de. Características: Equipo móvil para enfriar compresas en el tratamiento de aplicación tópica. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: gabinete para 12 compresas estándar y grandes, dimensiones y capacidad Medidas: 53 centímetros por 66 centímetros por 86 centímetros (Tolerancia de +/- 10 centímetros). Control automático de temperatura. Válvula de drenaje. Aislamiento térmico, con indicador de temperatura y luz de color indistinto. Incluye estante de acero inoxidable. Clave del sector salud: 531.223.0037. Incluye 12 compresas en los modelos aceptados conforme a la junta de aclaraciones (3 piezas de cada modelo): *11-1000 Compresa fría Relief Pack estándar 28x36 cm (11"x14"). *11-1001 Compresa fría Relief Pack cuello 15x58 cm. (6"x23"). *11-1003 Compresa fría Relief Pack mediana 18x28 cm. (7"x11"). *11-1004 Compresa fría Relief Pack chica 12.7x17.8 cm. (5"x7").	Marca y/o nombre del fabricante: Marca DANBY	C1WDB	País de procedencia: China País de Ubicación: México
6	2	PIEZA	Compresas calientes, Unidad de Características: Equipo móvil para calentar compresas en el tratamiento de aplicación tópica de calor. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: gabinete para compresas fabricado con acero inoxidable, con rejilla con porta compresas de acero inoxidable, termostato o temporizador automático tipo industrial para mantener siempre	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	BRU	País de procedencia: México País de Ubicación: México

OFICINAS CENTRALES

15 Poniente 1311A, Colonia
Santiago, Puebla, Puebla.
C.P. 72410
Tel. (222) 235 27 13
(222) 234 37 42

Santiago, Puebla, Puebla
C.P. 72410 (planta baja)
Tel. (222) 225 27 49

Colonia Santiago, Puebla,
Puebla. C.P. 72410
Tel. (222) 237 10 04

			una misma temperatura, dimensiones y capacidad de largo 59 centímetros por alto 75 centímetros por ancho 39 centímetros (Tolerancia de +/- 10 centímetros). Válvula de drenaje. Aislamiento térmico, perilla de ajuste de calor, sistema de encendido tipo industrial y foco frontal de aviso de presencia de corriente eléctrica, incluye compresas tamaños indistintos. Clave del sector salud: 531.222.0014. Incluye compresas en los siguientes tamaños: 1- BRU-P Compresa facial 12x30cm. 2- BRU-E Compresa estándar 25x30 cm. 1-BRU-C Compresa cervical 60 cm. 2- BRU-E1 Compresa espalda 25x45 cm. 2-BRU-R Compresa rodilla 25x50 cm. 2-BRU-E2 Compresa lumbar sencilla 25x60cm. 2-BRU-XL Compresa lumbar doble 37x60cm. Modelos y cantidades solicitadas conforme a la junta de aclaraciones.			
7	2	PIEZA	Esfigmomanómetro aneroide portátil. Características: Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: Carátula con escala graduada en esmalte color negro de 300 milímetros de mercurio, Brazalete reusable de diferentes medidas, con material 100 por ciento de nylon, Perilla de insuflación, con válvula de desinflado. Con estuche. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. Clave del sector salud: 531.116.0369	Marca: MEDSTAR Fabricado por: HONSUN (NANTONG) CO. LTD Denominación Distintiva: Baumanómetro Aneroide Medstar R	HS-20A	País de procedencia: China País de Ubicación: México
8	4	PIEZA	Estetoscopio de cápsula sencilla. Características: Auxiliar para medir la tensión arterial periférica y realizar auscultaciones en general, no invasivo. Consta de los siguientes elementos: cápsula sencilla, con arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromados, ergonómico, diseñado para ajustarse al oído del usuario, olivas flexibles fabricadas de silicón o goma con rosca metálica, lavables, con tubo flexible de PVC, largo de 45 a 56 cm, cápsula para auscultación fabricada de acero inoxidable o bronce cromado, con conector cónico para adaptarse al tubo de 4.5 a 5 cm de diámetro, anillo con rosca, membrana o diafragma fabricada de material de plástico y fibra de nylon para frecuencia de 100 a 500 Hz. Clave del sector salud: 531.375.0209.	Marca: CheckATek Fabricado por: Beijing Hergom International Business Co., Ltd. Denominación Distintiva: Estetoscopios CheckATek.	CM4111	País de procedencia: China País de Ubicación: México
9	4	PIEZA	Oxímetro de pulso. Portátil. Características: Oxímetro de pulso. Portátil, ultracompacto, integrado en un clip que se coloca en el dedo de la mano o del pie, para uso en pacientes adolescentes o adultos, en ambiente hospitalario y domiciliario (ambulatorio). Cuenta con una pantalla en la que muestra de forma rápida y precisa la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno, expresada como porcentaje. Saturación de Oxígeno arterial (SpO2) con un rango de medición mínimo de 70 a 99%, precisión de +/- 2% en la etapa de 70%-99%, sin especificar (=70%) Resolución: +/- 1% Frecuencia de pulso; rango de medición de 30-240 BPM, precisión, +/- 2 BPM, resolución, +/-1 BPM. Equipo de evaluación espectrofotométrica de la oxigenación de la hemoglobina (SpO2). Mide la luz transmitida a través del lecho capilar, que resultan de las pulsaciones de la sangre.	Marca: CHOICEMMED Fabricado por: BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. Denominación Distintiva: Oxímetro de pulso CHOICEMMED	MD300C 11	País de procedencia: China País de Ubicación: México

			arterial. Modo de funcionamiento continuo Apagado automático cuando el dispositivo está bajo el estado de la interfaz de medición Off, en 5 segundos. Indicador de batería baja, que se acciona antes de que se pierda el funcionamiento normal del oxímetro Fuente de alimentación: pilas, con consumo de energía de menos de 30 MA Peso máximo 50 gramos. Estuche para guardar oxímetro y cordón de sujeción. La limpieza de la superficie del dispositivo se hace con alcohol que evita la contaminación cruzada y debe hacerse antes de usarse entre cada paciente. Almacenamiento; temperatura ambiente de -40°C a 60°C y no superior al 95% de humedad relativa. Pieza. Clave del sector salud: 080.760.0029.			
10	2	PIEZA	Poleas dobles fijas a la pared. Características: Poleas dobles fijas a la pared. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: un par a la altura del pecho y un par a la altura del piso con ajuste de altura, base superior e inferior de madera de pino de primera calidad terminado en barniz natural brillante para facilitar su fijación en la pared, para gimnasio, para realizar ejercicios de hombro, codo, cadera y rodilla. Agarraderas, cuerda, juego de pesas, Medidas: Altura de 195 centímetros y anchura de 100 centímetros (Tolerancia de +/- 10 centímetros). de color indistinto. Clave del sector salud: 564.002.1092	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	POFP	País de procedencia: México País de Ubicación: México
11	2	PIEZA	Barras suecas (espaldaderas). Características: Barras suecas de una o dos plazas, infantil o adulto. Con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Barras laterales, barras horizontales de madera, fabricada en tablón de pino de primera calidad, estufada y desflepada, terminado en barniz natural, distribuidas desde la base, dimensiones de 91 centímetros de ancho por 240 centímetros de altura (Tolerancia de +/- 10 centímetros) con 12 barrotes ovalados de color indistinto. Clave del sector salud: 564.002.0979	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	BS91240	País de procedencia: México País de Ubicación: México
12	4	PIEZA	Escalera de piso. Escalerilla de dos peldaños. Características: consta de dos peldaños, con material antiderrapante. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades, fabricado en estructura de tubular de 1 pulgada con grosor de calibre 18. Descripción aceptada conforme a la junta de aclaraciones.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	ES2P	País de procedencia: México País de Ubicación: México
13	2	PIEZA	Espejo de una sección. Características: Espejo de una sección, con marco, ruedas, con medidas de 180 x 70 cm aproximadamente. Fabricado en madera de pino de primera calidad, estufada y desflepada, terminado en barniz transparente, luna de 4 milímetros de espesor, dimensiones 185 centímetros por 69 centímetros por 55 centímetros (Tolerancia de 10 centímetros +/-), base de madera con 4 ruedas, dos de ellas sin freno y dos con freno, las caras del marco del espejo, son de 38 milímetros de espesor (Tolerancia de +/- 10 milímetros) de color indistinto. Clave del sector salud: 564.002.0466	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	ESP1	País de procedencia: México País de Ubicación: México

OFICINAS CENTRALES

15 Poniente 1311A, Colonia Santiago, Puebla, Puebla. C.P. 72410

Tel. (222) 235 27 13
(222) 234 37 42

Tel. (222) 235 27 49
E-mail: info@grupoarencibia.com

www.grupoarencibia.com

info@grupoarencibia.com

www.grupoarencibia.com

13 Sur N 1508 Local 1, Colonia Santiago, Puebla, Puebla. C.P. 72410
Tel. (222) 237 10 04

[Handwritten signature]

7

14	2	PIEZA	Barras paralelas. Características: Barras paralelas, abatibles, apertura y altura ajustables, con plataforma de madera, fabricada en madera de pino de primera calidad, estufada y desflema, terminado en barniz natural, barras de soporte o pasamanos en acero inoxidable, dimensiones de 100 centímetros de ancho por 230 centímetros de largo el pasamanos (Tolerancia de +/- 10 centímetros) de color indistinto. Clave del sector salud: 564.002.0011. Descripción aceptada conforme a la junta de aclaraciones.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	BPPP	País de procedencia: México País de Ubicación: México
15	4	PIEZA	Balancín. Especificaciones: fabricado con madera de pino y triplay de 19 milímetros forrado con vinil y acolchonado con hule espuma. Superficie con medidas de largo de 46 centímetros por ancho de 46 centímetros (Tolerancia de +/- 5 centímetros) y de altura de 13 centímetros más 3 centímetros a 5 centímetros de colchón tipo sube y baja (Tolerancia de +/- 2 centímetros) de color indistinto. Clave del sector salud: Sin clave.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	B11	País de procedencia: México País de Ubicación: México
16	4	PIEZA	Cuña de relajación (grande). Especificaciones: Cuña de relajación muscular, con aditamento de abducción y medios de sujeción, dimensiones de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Medidas de profundidad de 25 centímetros por ancho de 70 centímetros por largo de 90 centímetros (Tolerancia de +/- 5 centímetros) con soporte angular tipo cuña, en su parte trasera tiene un cierre que le permite su fácil limpieza de color indistinto. Clave del sector salud: 513.263.0046.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	CU25709 0	País de procedencia: México País de Ubicación: México
17	4	PIEZA	Cuña de relajación (chica). Especificaciones: Cuña de relajación muscular, con aditamento de abducción y medios de sujeción, dimensiones de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Medidas de profundidad de 30 centímetros por ancho de 60 centímetros por largo de 70 centímetros (Tolerancia de +/- 5 centímetros) con soporte angular tipo cuña, en su parte trasera tiene un cierre que le permite su fácil limpieza de color indistinto. Clave del sector salud: 513.263.0046.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	CU30607 0	País de procedencia: México País de Ubicación: México
18	4	PIEZA	Rodillo chico. Especificaciones: medidas de 50 centímetros de diámetro por 70 centímetros de alto (Tolerancia de +/- 5 centímetros), en su parte superior con cierre para su fácil limpieza de color indistinto. Clave de sector salud: Sin clave.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	CI5070	País de procedencia: México País de Ubicación: México
19	4	PIEZA	Rodillo grande. Especificaciones: medidas de 40 centímetros de diámetro por 120 centímetros alto (Tolerancia de +/- 5 centímetros), en su parte superior con cierre para su fácil limpieza de color indistinto. Clave de sector salud: Sin clave.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	CI40120	País de procedencia: México País de Ubicación: México
20	2	PIEZA	Mesa de tratamiento baja. Especificaciones: Fabricada en madera de pino de primera calidad, estufada y desflema, terminado en barniz transparente, medidas de largo 200 centímetros, ancho 150 centímetros y alto 36 centímetros (Tolerancia de +/- 5 centímetros) de color indistinto. Clave de sector salud: Sin clave.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	BT20015 036	País de procedencia: México País de Ubicación: México

21	2	PIEZA	Colchón de poliuretano. Características: Colchón de poliuretano para realizar ejercicios básicos en gimnasia para rehabilitación. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a necesidades de las unidades médicas: compacto, cubierta y medidas. Colchón 200 centímetros de alto, 150 centímetros de ancho por 10 centímetros de espesor (Tolerancia de +/- 5 centímetros), fabricado con 100 por ciento relleno de poliuretano, forrado 100 por ciento en vinil de primera calidad, con ojales de respiración a los costados para evitar que se infle, se hagan bolsas de aire o vapor, color indistinto. Clave del sector salud: 220.030.0412	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	CO20015 010	País de procedencia: México País de Ubicación: México
22	3	PIEZA	Caminadora eléctrica. Características: -soporte de 110 kilogramos de peso (Tolerancia de +/- 10 kilogramos), - velocidad variable entre de 0.8 kilómetros por hora a 14.8 kilómetros por hora (Tolerancia de 5 kilómetros por hora más), - inclinación manual con niveles de altura diferentes, - con llave de seguridad para detener la caminadora, - muestra de las funciones de calorías, velocidad, tiempo, distancia y frecuencia cardíaca - diseño plegable, - voltaje de consumo 110 Voltios - superficie de 115 centímetros por 42 centímetros (Tolerancia de 10 centímetros +/-), - fabricado con materiales de 80 por ciento acero y 20 por ciento partes plásticas de color indistinto. Clave de sector salud: Sin clave.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca CENTURFIT	MKZ	País de procedencia: China País de Ubicación: México
23	3	PIEZA	Bicicleta Fija. Características: Bicicleta fija, con ajuste de carga variable y velocímetro cuenta kilómetros, asiento y manubrio ajustables. Peso máximo del usuario de 150 kilogramos, diámetro del disco aproximadamente de 40 centímetros, transmisión por banda, tipo de freno por perilla, con muestra de funciones de tiempo, velocidad, distancia, pulso y calorías. Manubrio con altura mínima de 83 centímetros y máxima de 95 centímetros. Asiento con altura mínima de 70 centímetros y máxima de 85 centímetros, el material de 80 por ciento acero y 20 por ciento partes plásticas. Pedales metálicos con correa de color indistinto. Clave de sector salud: 564.002.0326.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca CENTURFIT	SPORTB ICI	País de procedencia: China País de Ubicación: México
24	2	PIEZA	Mesa Kanavel. Características: Mesa modelo Kanavel para ejercitar los músculos de: mano, muñeca y antebrazo, para trabajar con o sin resistencia. Resistencia axial del peso ajustable que permite la pronación del antebrazo, supinación y circunducción de la muñeca. Fabricada en madera barnizada al natural. Superficie con terminación en formica y partes metálicas con acabado en pintura electrostática. Dimensiones de 80 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo por 75 centímetros de alto (Tolerancia de +/-10 centímetros), de color indistinto con 6 pesas de 6 libras cada una. Clave de sector salud: 564.002.1050.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	MK7	País de procedencia: México País de Ubicación: México
25	2	PIEZA	Escalera y rampa con barandal. Características: Equipo para contribuir al fortalecimiento muscular y coordinación de miembros inferiores y superiores. Consta de los siguientes elementos: Escalera y rampa con: barandal. Escalones, rampa, pasamanos, descanso. Fabricada en	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	ER400	País de procedencia: México País de Ubicación: México

			madera de pino, triplay de 20 milímetros (Tolerancia de 5 milímetros más o menos) barnizada al natural, barandales de madera, fabricada en dos secciones, medidas de aproximadamente de 200 centímetros de largo, con altura de 50 centímetros, ancho de pasillo 91 centímetros, escalones de 25 centímetros de pisada (Tolerancia de +/- 10 centímetros). Clave de sector salud: 564.002.1225.			
26	3	PIEZA	Trampolín aeróbico. Características: con medidas de 105 centímetros de diámetro (Tolerancia de 10 centímetros más o menos). Y con un soporte de peso de 120 kilogramos (Tolerancia de +/- 10 kilogramos) altura de piso a lona de 25cm (Tolerancia de +/- 5cm), no plegable, con 35 resortes (Tolerancia +/- 3 resortes), fabricado con material indistinto de color indistinto. Clave de sector salud: Sin clave.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	TR916	País de procedencia: México País de Ubicación: México
27	3	PIEZA	Sistema de soporte para entrenamiento de marcha. Especificaciones: Sistema de soporte parcial de peso para entrenamiento de marcha y equilibrio de pacientes. Consta de los siguientes elementos: soporte estacionario o rodable con sistema de frenos; fuente de resistencia; controles; arnés o armadura; resistencia; bandas; dimensiones; ajuste de altura, posiciones y peso soportado; compresor; acceso para silla de ruedas. Columna de elevación eléctrica de 220 centímetros (Tolerancia de +/- 20 centímetros), de altura para soportar una carga de 180 kilogramos, control de elevación eléctrico, arnés de 2 puntos para colgar al paciente, chasis de 90 centímetros por 120 centímetros (Tolerancia de 10 centímetros +/-), con 4 ruedas teniendo 2 con freno de color indistinto. Manubrio para auxiliar la posición. Clave de sector salud: 564.002.1274	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	SPPA	País de procedencia: México País de Ubicación: México
28	2	PIEZA	Equipo para Tracción Cérvico-Pélvico-Torácica. Equipo fijo de tratamiento para tracción cervical, torácica y pélvica en pacientes con problemas de columna vertebral. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: consola de mando electromecánico, para tracción cervical, torácica y pélvica. Modos de aplicar tracción. Control de tiempo de tracción y descanso. Control para interrupción de tratamiento. Fuerza de tracción ajustable. Velocidad de tracción progresiva. Cinturones de sujeción. Mesa de altura variable, ajustable para tratamiento de tracción. Con barra sujetadora, ruedas de la mesa con frenos o patas con estabilizadores. Ajustable a varios ángulos. Barra espaciadora o gancho para tracción cervical. Fronda cervical. Tiempo de tratamiento. Almohada cervical. Clave de sector salud: 531.884.0153	Marca y/o nombre del fabricante: Marca IJEINNOVA	MTLC-0001	País de procedencia: México País de Ubicación: México
29	4	PIEZA	Mesa de Tratamiento con respaldo 3 Secciones. Especificaciones: con dimensiones de 190 centímetros de largo, por 67 centímetros de ancho, (Tolerancia de +/- 10 centímetros), altura variable de 60 a 90 centímetros, fabricada de acero inoxidable, cubierta con espuma 100 por ciento de poliuretano de 5 centímetros de espesor y vinil, abertura oval para la cara, elevación de la	Marca y/o nombre del fabricante: Marca IJEINNOVA	MTE3-0007	País de procedencia: México País de Ubicación: México

OFICINAS CENTRALES

15 Poniente 1311A, Colonia
Santiago, Puebla, Puebla.
C.P. 72410
Tel. (222) 235 27 13
(222) 234 37 42

15 Poniente 1311A, Colonia
Santiago, Puebla, Puebla.
C.P. 72410, (plantita baja)
Tel. (222) 235 27 13
www.grupoarencibia.com

13 Sur N° 1508 Local 1
Colonia Santiago Puebla,
Puebla. C.P. 72410
Tel. (222) 237 10 04

			cubierta de 60 centímetros 90 centímetros accionada por un actuador eléctrico, sección pélvica, sección de miembros inferiores accionado por medio de 2 pistones neumáticos, sección del respaldo con inclinación de -15 grados a 65 grados y chasis de la camilla con 4 ruedas, 2 con freno y 2 sin freno, toda la pieza de color indistinto. Clave de sector salud: Sin clave.			
30	4	PIEZA	Termómetro. Especificaciones: Termómetro Infrarrojo que permite medir la temperatura del cuerpo humano por acercamiento a la piel en diversas partes. Consta de: Pantalla digital con iluminación. Mecanismo de encendido manual o automático. Despliegue de temperatura de 34 a 42 grados centígrados. Alarma visual o sonora al detectar temperaturas fuera del rango determinado o batería baja. Con memoria mínima de 20 determinaciones. Funcionamiento con batería 2 pilas AAA (SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). Con estuche para guarda o funda protectora. Clave de sector salud: 060.879.0200.	Marca: BENESTA Fabricado por: SHENZHEN BRAV ELECTRONIC TECHNOLOGIES CO., LTD. Denominación Distintiva: Termómetro infrarrojo Benesta	IT-122	País de procedencia: China País de Ubicación: México
31	4	PIEZA	Vitrina. Especificaciones: medidas de 153 centímetros de altura por 82 centímetros de ancho y 40 centímetros de fondo (Tolerancia de +/- 5 centímetros), estructura fabricada de lámina negra con grosor de calibre 24, esmaltada en pintura electrostática color blanco, incluye 2 entrepaños de cristal de 6 milímetros de espesor, puerta abatible con cristal y marco de lámina de acero de grosor calibre 24 con sistema de cerradura. Clave de sector salud: Sin clave	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	V100	País de procedencia: México País de Ubicación: México
32	4	PIEZA	Banco giratorio. Especificaciones: asiento en lámina de acero de grosor calibre 16, acojinado, descansa pies de tubo de acero de grosor calibre 18 (Tolerancia de +/- 12 milímetros), acabado cromado, regatones sencillos de hongo de poliuretano color negro, medidas aproximadas 29 centímetros de diámetro por 50 centímetros a 60 centímetros de altura, toda la pieza de color indistinto. Clave de sector salud: Sin clave	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	BGC	País de procedencia: México País de Ubicación: México
33	4	PIEZA	Bote para basura de pedal. Especificaciones: fabricado con acero inoxidable, acabado pulido, pintura horneada epóxica de grosor calibre 24. Color indistinto, forma indistinta, capacidad de 5L (Tolerancia 3 litros superior), tapa con cierre lento y pedal con antiderrapante. Clave de sector salud: Sin clave	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	BP	País de procedencia: México País de Ubicación: México
34	4	PIEZA	Plantoscopio. Especificaciones: Plantoscopio de estructura metálica (acero inoxidable o aluminio) o plástico resistente al alto impacto, con cubierta de vidrio templado biselado de 9 mm. de espesor o mayor, que permita la colocación de ambos pies (no menor de 25 x 35 cm.), con espejo móvil que permita visualizar la superficie plantar de ambos pies, con iluminación fluorescente interna, con control de apagado y encendido. Estructura de tubular tipo perfil de una pulgada y cuarto, soldadura reforzada anti poros, terminado en pintura electrostática color blanca, vidrio grueso de 19 milímetros de espesor (Tolerancia de +/- 5 milímetros), lámpara de encendido, vidrio platinado de 4 milímetros de espesor que se encuentra en la charola inferior, sistema graduable de inclinación para ver diferentes	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REFOR	PL2000	País de procedencia: México País de Ubicación: México

OFICINAS CENTRALES

15 Poniente 1311A, Colonia Santiago, Puebla, Puebla. C.P. 72410
Tel. (222) 235 27 13
(222) 234 37 42

15 Poniente 1311A, Colonia Santiago, Puebla, Puebla. C.P. 72410 (planta baja)
Tel. (222) 225 27 49

13 Sur N° 1508 Local 1 Colonia Santiago, Puebla, Puebla. C.P. 72410
Tel. (222) 237 10 04

			ángulos de la postura de los pies. Clave de sector salud: 531.698.0019.			
35	4	PIEZA	Mesa de exploración proctológica. Especificaciones: mesa para facilitar la exploración y realizar los estudios y procedimientos proctológicos. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: mesa con base, columna y rieles laterales. Tablero giratorio. Longitud total con extensión de cabecera y piernas. Con mínimo dos secciones de: cabecera y dorso, pelvis y miembros pélvicos abatibles. Acción electro-hidráulica de movimientos: elevación y descenso, trendelemburg. Sistema articular entre las placas pélvica y de miembros pélvicos para dar posición proctológica o de navaja sevillana. Cojín. Cubierta de tres secciones con bastidor de madera de pino, acojinamiento en espuma de 100 por ciento de poliuretano con 2 centímetros de espesor, acabado en vinilo tipo piel, sistema de abatimiento tipo candado en respaldo, piecera, y de tope en asiento, sistema eléctrico para toma de corriente con contacto y cable de grosor calibre 20 de 3.5 metros de longitud con clavija integrada, equipada con piñeras de plástico de medidas indistintas.	Marca y/o nombre del fabricante: Marca REDIMEDIC	PC-2	País de procedencia: México País de Ubicación: México

Periodo de garantía	Deberá ser de mínimo de un año a partir de la recepción de los bienes en el almacén de la contratante.
Tiempo de entrega	Será dentro de 30 días hábiles (tiempo aceptado en la Junta de aclaraciones) posteriores a la formalización del contrato. Para efectos de la entrega correspondiente en caso de que al término del cómputo del plazo sea en día inhábil o festivo la entrega se efectuará al siguiente día hábil.
Periodo del contrato	A partir de la formalización del contrato y hasta 15 días hábiles posteriores al mismo.

**ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

[Firma manuscrita]

Lic. Marialy Cecilia Hernández Arencibia
Representante Legal / Directora General
Grupo Arencibia S.A. de C.V.

NOTAS: 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación. 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta técnica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas. 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación. 4.- Sellada (obligatorio en caso de ser persona moral), FIRMADA en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.

GRUPO ARENCIBIA

OFICINAS CENTRALES

15 Poniente 1311A, Colonia
Santiago. Puebla, Puebla.
C.P. 72410
Tel. (222) 235 27 13
(222) 234 37 42

SUCURSAL MEDICOM 15

15 Poniente 1311A, Colonia
Santiago. Puebla, Puebla.
C.P. 72410 (planta baja)
Tel. (222) 225 27 49

SUCURSAL MEDICOM 13

Tel. 235 235 27 13
E-mail: info@grupoarencibia.com
www.grupoarencibia.com
Sur N° 1508 Local 1
Colonia Santiago Puebla.
Puebla, C.P. 72410
Tel. (222) 237 10 04